



पत्र संख्या: २०७९।०८०
प्रा.प्र.सं.

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
नेपाल प्रहरी अस्पताल
(प्रबन्ध शाखा)

च.नं. ३२८५

फोन: { ०१-४४१२४३०
०१-४४१२५३०
Ext.: { ०१-४४१२५३०
१२९
पो.ब.नं. २११४७
फ्याक्स: ०१-४३५१५३

महाराजगंज, काठमाण्डौ ।
मिति: २०७९।०।२३ गते ।

विषय : विधुतिय बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको संशोधन सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा यस अस्पतालको लागि आ.ब. २०७९/०८० मा विभिन्न विभागहरूसंग सम्बन्धीत मेशिनरी उपकरण तथा औजारहरू विधुतिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न मिति २०७९।०९।२८ गते सोमवारको नयां पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक मा प्रकाशित सुचना नं. १५/०७९/८० बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूमा मिति २०७९।१०।१७ गते मंगलवार १२:०० बजे यस अस्पतालमा आयोजना गरिएको बोलपत्र पेश गर्नु पुर्वको बैठक (Pre-Bid Meeting) मा भएको छलफल तथा बोलपत्रदाताहरूको तर्फबाट भएको सुझाव एवं अस्पतालको आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिई केहि बुदामा संशोधन/परिमार्जन गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

साथै बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा बोलपत्र खोल्ने मिति र समय यथावत रहेको व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध गरिएको छ ।

बोधार्थ एवं वितरण:

श्री प्रि-विड मिटिङमा सहभागी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्ताहरू ।
श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल कम्प्युटर शाखा, यस अस्पतालको
Website मा राखिदिन हुन ।
श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, सूचना पाटी ।

मेडिकल डाक्टर
(डा. आशा सिंह)
प्रा. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

del



सि.नं	मेशिनरी उपकरणको नाम	बुँदा नं.	विवरण	संशोधन तथा थप भएको विवरण
			अस्पतालले निर्धारण गरेको स्पेशिफिकेशन	
I.	Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA Scan Machine)	4.11	Total filtration 2.8mm Al or less	Total filtration 2.8mm Al equivalent or more
		4.14	Target angle: 16 degrees	Target angle: 12-16 degrees
		4.19	Radiation exposure: less than 1000 uSv/h at 1 m	Radiation exposure: less than 250 uSv/h